

PASKI DO ANALIZY MOCZU DO APARATU CLINITEK - kod Wspólnego Słownika Zamówień 33696500-0**Część 1 zamówienia – na okres 24 miesięcy**

Lp.	NAZWA	Nr katalogowy	Jednostka miary	Ilość jednostek miary (na 24 miesiące)	Cena 1 jednostki miary netto w zł	Opakowanie (wielkość)	Ilość opakowań	Wartość 1 opakowania netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
										Stawka w %	Kwota w zł	
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4 x 5)	10	11	12 (9+11)
1	PASKI 10 PARAMETROWE - CLINITEK 100 , CLINITEK STATUS		sztuka	14000								
2	PASKI KONTROLNE DO MOCZU (pozytywne)		sztuka	50								
x	Wartość w złotych	x	x	x	x	x	x	x		x		

Warunki dodatkowe***I. Cechy graniczne dla pasków**

1. Eliminacja wpływu kwasu askorbimowego na wynik pomiaru.

2. Kompatybilność z aparatem Clinitek STATUS.

3. Aktualizacja oprogramowania Clinitek Status zapewniająca możliwość odczytów testów paskowych z możliwością uzyskania wyników dla wskaźników: albuminowo-kreatyninowego i białkowo-kreatyninowego.

II. Inne wymagania

1. Paski do analizy moczu i materiały do kontroli jednego producenta.

2. Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie producenta analizatorów, że oferowane paski są bezpieczne i nie zaburzają toru optycznego w/w aparatów.

3. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta analizatora.

4. Oświadczam, że wyrób medyczny spełnia wymagania ustawy o wyrobach medycznych i został dopuszczony do obrotu.

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji:

