

Pozacenowe kryteria oceny ofert 40% - zestaw do radiografii cyfrowej

Załącznik do Informacji o wyborze oferty

Lp. OPZ	OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH	OCENA PUNKTOWA	ALTERIS	MEDITECH
APARAT RENTGENOWSKI ZE STOŁEM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI – STÓŁ Z KOLUMNĄ LAMPY				
26	Sterowanie stołu za pomocą przycisków ręcznych	Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt	1	1
DETEKTOR CYFROWY DR 35 x 43 cm, (DO ZASTOSOWANIA W STOLE, STATYWIE I Z MOŻLIWOŚCIĄ WYJĘCIA I ZROBIENIA ZDJĘĆ POZA STOŁEM, STATYWEM NP. NA WÓZKU INWALIDZKIM CZY NOSZACH TRANSPORTOWYCH)				
103	Waga detektora z baterią ≤ 3,2 kg.	Waga detektora z baterią < 3,2 kg – 3 pkt = 3,2 kg - 0 pkt	3	3
111	Wielkość piksela ≤ 150 μm	Wielkość piksela < 150 μm – 2 pkt = 150 μm – 0 pkt	2	2
113	Możliwość ładowania detektora bezpośrednio w panelu Bucky (zarówno w stole jak i w statywie)	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt	2	2
116	Nacisk na detektor rozłożony równomiernie min. 165 kg	Nacisk Od 165 do 200 kg – 0 pkt Powyżej 200 kg – 1 pkt	0	1
DETEKTOR CYFROWY DR 43 x 43 cm, (DO ZASTOSOWANIA W STOLE, STATYWIE I Z MOŻLIWOŚCIĄ WYJĘCIA I ZROBIENIA ZDJĘĆ POZA STOŁEM, STATYWEM NP. NA WÓZKU INWALIDZKIM CZY NOSZACH TRANSPORTOWYCH)				
127	Waga detektora z baterią ≤ 3,8 kg.	Waga detektora z baterią < 3,8 kg – 3 pkt = 3,8 kg - 0 pkt	3	3
135	Wielkość piksela ≤ 150 μm	Wielkość piksela < 150 μm – 2 pkt = 150 μm – 0 pkt	2	2
137	Możliwość ładowania detektora bezpośrednio w panelu Bucky (zarówno w stole jak i w statywie)	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt	2	2
140	Nacisk na detektor rozłożony równomiernie min. 165 kg	Nacisk Od 165 do 200 kg – 0 pkt Powyżej 200 kg – 1 pkt	0	1
STACJA TECHNIKA DO OBSŁUGI DETEKTORÓW CYFROWYCH DR				
183	Możliwość regulacji jasności i kontrastu obrazów przy pomocy kursora myszy na obrazie (z możliwością definiowania kierunku zmiany w zależności od kierunku ruchu)	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt	3	3
TRZYMONITOROWA STACJA LEKARSKA Z OPROGRAMOWANIEM DIAGNOSTYCZNYM I ARCHIWIZUJĄCYM				
232	Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt	0	2
234	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonanie rekonstrukcji 3D (kolorowe volume 3D, jednoczesna prezentacja min. 2 serii)	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt	2	2
235	Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku – konfigurowanie informacji zawartych w wydruku	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt	2	2

Pozacenowe kryteria oceny ofert 40% - zestaw do radiografii cyfrowej

Załącznik do Informacji o wyborze oferty

238	Możliwość importu obrazów i filmów pochodzących z urządzeń nieobsługujących standardu DICOM	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt	0	2
WARUNKI SERWISU I GWARANCJI				
259	Okres gwarancji na zestaw	24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 4 pkt 48 m-cy – 8 pkt 60 m-cy i więcej – 12 pkt	0	4
	Łączna ilość punktów		Alteris – 22 pkt	Meditech - 32