

Szczecin, dnia 26 marca 2021r.

Nr sprawy: 2/ WOMP-ZCLiP / 2021

Dotyczy: „**Sprzedaż i dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do celów laboratoryjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie**”.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

W dniu 24 i 26 marca 2021r. Wykonawca zwrócił się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, jako Zamawiającego z zapytaniami. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Pzp Zamawiający wyjaśnia treść zapytań.

Część 1 zamówienia – artykuły medyczne jednorazowego użytku do celów laboratoryjnych Część B - Pipety i materiały do pipet **poz. 8-10**

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet automatycznych równoważne oraz kompatybilne z zaoferowanymi pipetami z pozycji 2-7?

Z opisu wynika, iż Zamawiający ma na myśli końcówki HTL. Aktualnie wyrób ten jest niedostępny na rynku. Dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie końcówek równoważnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza końcówki do pipet automatycznych równoważne oraz kompatybilne z pipetami HTL, które Zamawiający posiada w swoich zasobach.

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 150 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści końcówki bez fazowego zakończenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 250 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania część 1C.

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści statyw na próbki 50-miejscowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

