

Szczecin, dnia 25 czerwca 2021r.

Nr sprawy: 4/ WOMP-ZCLiP / 2021

Dotyczy: „Dostawy mammografu”.

W nawiązaniu do udzielonych w dniu 24.06.2021r. wyjaśnień i dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający poprawia omyłkę dot. pozycji 37 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do SWZ) i nadaje brzmienie:

37.	Zestaw do zdjęć powiększonych, o współczynniku powiększenia co najmniej 1,5x	TAK podać współczynnik powiększenia	dwa współczynniki powiększenia: 1.5x oraz większy niż 1.5x – 2 pkt jeden współczynnik powiększenia: 1.5x lub 1.8– 0 pkt
-----	--	-------------------------------------	--

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ w zakresie treści załącznika Nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” poz. 29 (opis parametru) oraz 56 (parametr graniczny), które otrzymują brzmienie:

29.	Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym lub mammograf posiadający konstrukcję zapewniającą jednoczesne automatyczne dopasowanie kąta oraz wysokości detektora do kolejnej projekcji	Proszę wskazać	Bez punktacji
-----	---	----------------	---------------

56.	Zmiana wysokości pulpitu konsoli technika / dopuszcza się mammograf z konsolą nie posiadającą regulacji wysokości	Proszę wskazać	Bez punktacji
-----	--	----------------	---------------

