

Szczecin, dnia 27 października 2021 r.

Nasz znak: WOMP – ZCLiP / EO / 163 / 2021

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Dostawę aparatu USG**”.  
(znak sprawy: 6/WOMP – ZCLiP/ 2021)

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, jako Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawę aparatu USG”.

**1) wybrano najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:**

nazwa (firma) i adres wykonawcy:

**OFERTA Nr 1:**

**MEDINCO POLSKA Sp. z o. o. Sp. k.**  
**ul. Rondo ONZ 1/12**  
**02-486 Warszawa**

ilość uzyskanych punktów: **80**

**UZASADNIENIE**

Firma: **MEDINCO POLSKA Sp. z o. o. Sp. k.** złożyła ofertę niepodlegającą odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia, uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.

**2) nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium i łączna punktacja:**

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Nr oferty	Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium <b>CENA</b> (60 pkt)	Punktacja w <b>pozacenowych kryteriach oceny ofert</b> (40 pkt)	Łączna ilość punktów
1	MEDINCO POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. ul. Rondo ONZ 1 /12 00-124 Warszawa	60	20	<b>80</b>

W załączeniu – punktacja w pozacenowych kryteriach oceny ofert.



**Pozacenowe kryteria oceny ofert waga 40%**  
**APARAT USG z czterema głowicami**

<b>Poz. OPZ</b>	<b>Jednostka główna:</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Ocena punktowa</b>	<b>Parametr oferowany /wykonawcy/</b>	<b>Punktacja przyznana MEDINCO Sp. z o. o. Sp. k.</b>
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE:</b>					
7.	Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, LCD na ruchomym ramieniu, wielkość nie mniej niż: 21"	TAK podać	21" – 0 pkt >21" – 5 pkt	<b>TAK</b> -Monitor wysokiej rozdzielczości 1920x1080 pixeli, LCD na ruchomym ramieniu, wielkość <b>21,5"</b>	<b>5</b>
8.	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi	TAK, min. 11 cali podać	11" – 0 pkt >11" – 5 pkt	<b>TAK</b> - panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi o wielkości <b>12"</b>	<b>5</b>
17.	Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler min. 40.000 obrazów	TAK podać	40.000 obrazów – 0 pkt > 40.000 obrazów – 5 pkt	<b>TAK</b> -Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler <b>45.000</b> obrazów	<b>5</b>
<b>II GŁOWICE:</b>					
<b>Głowica sektorowa do badań kardiologicznych</b>					
43.	Kąt pola skanowania min. 110°	TAK podać	min. 110° – 0 pkt >110° – 5 pkt	<b>TAK</b> – kąt pola skanowania <b>120°</b>	<b>5</b>

<b>Poz. OPZ</b>	<b>Jednostka główna:</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Ocena punktowa</b>	<b>Parametr oferowany /wykonawcy/</b>	<b>Punktacja przyznana MEDINCO Sp. z o. o. Sp. k.</b>
48.	Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej; Zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji; Możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz; Synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy; Wynik w formie „oko byka”	TAK/NIE	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	<b>NIE</b>	<b>0</b>
49.	Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczenia frakcji wyrzutowej	TAK/NIE	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	<b>NIE</b>	<b>0</b>
<b><i>Głowica liniowa do badań naczyniowych</i></b>					
55.	Oprogramowanie do automatycznego obliczenia IMT - automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczenie z minimum 120 punktów pomiarowych w wyznaczonym obszarze.	TAK/NIE	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	<b>NIE</b>	<b>0</b>
<b><i>III INNE WYMAGANIA:</i></b>					
69.	Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanego aparatu, obejmująca części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja)	TAK Wykonawca ma obowiązek podać niniejszą wartość w pełnych latach	2 lata – 0 pkt 3 lata – 3 pkt 4 lata i więcej – 6 pkt	<b>TAK-2 lata</b>	<b>0</b>
79.	Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis, obejmujący przeglądy i naprawę, z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia przez okres 10 lat	Tak	Poza woj. Zachodniopomorskim - 0 pkt Na terenie woj. Zachodniopomorskiego 2 pkt	<b>TAK</b> – lokalizacja serwisu woj. wielkopolskie	<b>0</b>
				<b>SUMA PUNKTÓW:</b>	<b>20</b>