

Załącznik Nr 1D do SWZ stanowiący integralną część Załącznika Nr 2 do SWZ
(Wypełniony Załącznik Nr 1D należy złożyć wraz z formularzem oferty cenowej, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ)



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Głowica liniowa do aparatu usg

Pełna nazwa sondy liniowej	Podać	
Producent	Podać	
Kraj	Podać	
Dystrybutor - Oferent	Podać	

Wymagane Parametry Techniczne

Lp.	Parametry / Warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany /wypełnia Wykonawca/	Punktacja
1	Głowica fabrycznie nowa	TAK		
2	Rok produkcji sondy wymagany 2022	TAK		
3	Kompatybilna z aparatem usg canon XARIO 100G	TAK		
4	Autoryzowany przedstawiciel serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak		
5	Szkolenie personelu w miejscu instalacji	Tak		
6	Certyfikat CE spełniający standardy badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego	Tak		
7	Gwarancja 12 miesięcy	Tak		
Konstrukcja				
8	Głowica liniowa elektroniczna, szerokopasmowa	TAK		
9	Długość głowicy	Min.36 mm		Min.36 – 0pkt = 38 – 20 pkt
10	Zakres częstotliwości	4,0 -18,0 MHz		
11	Z opcją wieloczęstotliwościową do badań małych narządów	TAK		
12	Ilość elementów	Min. 900		Min. 900 – 0 pkt >900 – 20 pkt