



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Szczecin, dnia 13 grudnia 2022r.

Nr sprawy: 7/ WOMP-ZCLIP / 2022

Dotyczy: „Dostawę sprzętu ultrasonograficznego”.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

W dniu 12 grudnia 2022r. Wykonawcy zwrócili się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, jako Zamawiającego z zapytaniami. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. Zamawiający udziela Wykonawcom wyjaśnień.

Pytanie Nr 1.

Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1C do SWZ – Aparat USG z dwiema głowicami dla poradni urologicznej, Inne wymagania , pkt. 92

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe.

Pytanie Nr 2.

Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1C do SWZ – Aparat USG z dwiema głowicami dla poradni urologicznej, Inne wymagania , pkt. 94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu napraw do 7 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe.

Pytanie Nr 3.

Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1C do SWZ – Aparat USG z dwiema głowicami dla poradni urologicznej, Inne wymagania , pkt. 95

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu napraw do 14 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe.

Pytanie Nr 4.

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1 3) (dotyczy – Aparat USG z dwiema głowicami dla poradni urologicznej)



KRS:
KRS: 0000001837
Sąd Rej. Szczecin - Centrum
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Telefony:
sekretariat: +48 91 43 49 121
centrala: +48 91 43 49 100
fax: +48 91 48 45 967

Internet:
www.womp.szczecin.pl
sekretariat@womp.szczecin.pl

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,2% na 0,1% oraz z 15% na 10%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ** w zakresie treści załącznika Nr 4 do SWZ „Wzór umowy” w ten sposób, że § 6 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

*„za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji lub zwłokę w wykonaniu przeglądów gwarancyjnych- w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy w danej części zamówienia- za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż **10 %** kwoty wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.”*

Pytanie Nr 5.

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1 3) (dotyczy – Aparat USG z dwiema głowicami dla poradni urologicznej)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępiania od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ** w zakresie treści załącznika Nr 4 do SWZ „Wzór umowy” w ten sposób, że w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„Zamawiający nie nalicz kary umownej, o której mowa w ust. 1 w pkt 3) w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach i funkcjach nie gorszych od urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy, na czas przedłużającej się naprawy. Dostarczenie i odbiór sprzętu zastępczego następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

Pytanie Nr 6.

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7 (dotyczy Części nr 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Podstawą do usunięcia wad i awarii jest pisemne lub wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zawiadomienie przez Zamawiającego o ujawnionych wadach lub awarii, którego otrzymanie musi zostać zwrotnie potwierdzone przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia możliwość wysyłania i odbioru zawiadomień 24h/dobę przez 365 dni w roku . Zgłoszenie o awarii i /lub wadzie oraz reklamacja powinny zawierać w szczególności określenie ujawnionych nieprawidłowości w przedmiocie umowy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody na powyższe.**

Pytanie Nr 7.

Dotyczy zapisów SWZ, załącznik nr 1D „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – GŁOWICA LINIOWA DO APARTU USG PKT 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nową głowicę (nieużywaną - z pełną gwarancją producenta) wyprodukowaną w listopadzie 2021 r., która została sprowadzona do Polski na początku 2022 r. przez wyłącznego, autoryzowanego dystrybutora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ** w zakresie treści załącznika Nr 1D do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia część 3 – Głowica liniowa do aparatu usg” **w ten sposób, że pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

Lp.	Wymagane Parametry Techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany /wypełnia Wykonawca/	Punktacja
-----	-------------------------------	-------------------	---	-----------





ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM
LECZENIA I PROFILAKTYKI

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

-Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie

Siedziba główna: ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin

Nip: 852-21-91-262 ; REGON: 000646392

2..	Rok produkcji sondy wymagany nie wcześniej niż 2021	TAK		
-----	--	-----	--	--



KRS:
KRS: 0000001837
Sąd Rej. Szczecin - Centrum
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Telefony:
sekretariat: +48 91 43 49 121
centrala: +48 91 43 49 100
fax: +48 91 48 45 967

Internet:
www.womp.szczecin.pl
sekretariat@womp.szczecin.pl