



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Szczecin, dnia 26 października 2023r.

Nr sprawy: Zapytanie ofertowe/EO/ WOMP-ZCLIP/1 / 2023

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na dostawę bieżni kardiologicznej do prób wysiłkowych

TREŚĆ ZAPYTAŃ wraz z WYJAŚNIENIAMI oraz zmiana Treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO w zakresie Terminu związania oferta

W dniu 25 października 2023r. Wykonawca zwrócił się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, jako Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający w oparciu o pkt 11 ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz w związku z Rozdziałem 3 pkt 3.4 ppkt 16 „Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” udziela Wykonawcom wyjaśnień.

Pytanie Nr 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania System do próby wysiłkowej z zapisem EKG o możliwym do wyboru wyświetlaniu przebiegu EKG: 6/12 ? PKT 21 OPZ

Czy zamawiający dopuści do postępowania System do próby wysiłkowej z zapisem EKG o możliwej do wyboru prędkości: 5, 10, 25, 50 mm/s ? PKT 23 OPZ

Czy zamawiający dopuści do postępowania System do próby wysiłkowej z zapisem EKG o możliwej do wyboru amplitudzie: 5, 10, 20 mm/mV ? PKT 22 OPZ

Czy zamawiający dopuści do postępowania System do próby wysiłkowej z zapisem EKG o możliwym do wyboru filtrze mięśniowym: 25, 40 Hz ? PKT 31 OPZ

Czy zamawiający dopuści do postępowania System do próby wysiłkowej nie posiadający możliwości, aby w czasie trwania badania dokonywać edycji danych pacjenta, tworzenie nowego pacjenta, przeglądanie innych badań pacjenta, przeglądanie wstecznego przebiegu EKG ? PKT 30 OPZ

Czy zamawiający dopuści do postępowania System do próby wysiłkowej nie posiadający wspólnej bazy pacjentów dla badania wysiłkowego, holtera EKG, ABPM ? PKT 29 OPZ

Czy zamawiający dopuści do postępowania System wyposażony w kompatybilny z oprogramowaniem moduł automatycznego pomiaru ciśnienia o następujących parametrach: PKT 28 OPZ

1. Pomiar osłuchowy, metoda RR. Wartość skurczowa wykrywana na pierwszym tonie Korotkowa, wartość rozkurczowa na pierwszym tonie słyszalny dźwięk Korotkowa (Korotkowa faza V)



KRS:
KRS: 0000001837
Sąd Rej. Szczecin - Centrum
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Telefony:
sekretariat: +48 91 43 49 121
centrala: +48 91 43 49 100
fax: +48 91 48 45 967

Internet:
www.womp.szczecin.pl
sekretariat@womp.szczecin.pl

2. Dokładność spełnia lub przekracza normę DIN EN ISO 81060-2:2014 Norma DIN EN ISO 81060-2:2014 dotycząca nieinwazyjnej dokładności ($\pm 5\text{mmHg}$ średni błąd z odchyleniem standardowym 8mmHg)
3. Kalibracja Dokładność przetwornika ciśnienia należy sprawdzać co dwa lata
4. Zakres Skurczowe 40 - 300 mmHg
5. Zakres Rozkurczowe 30 - 160 mmHg
6. Zakres impulsu 30 - 230 uderzeń na minutę
7. Maksymalny pomiar błąd ciśnienia statycznego: maks. ± 3 mmHg
8. Zasilanie 230 V AC 50 Hz, 15 VA
9. Wymiary urządzenia (SxGxW) 230 x 220 x 113 mm). Komora kompensacyjna (SxGxW) 265 x 200 x 43 mm
10. Waga: urządzenie o masie 2,45 kg
11. Komora kompensacyjna o masie 2,65 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe **za wyjątkiem pkt 2 i 3** o treści:

pkt.2 „Dokładność spełnia lub przekracza normę DIN EN ISO 81060-2:2014 Norma DIN EN ISO 81060-2:2014 dotycząca nieinwazyjnej dokładności ($\pm 5\text{mmHg}$ średni błąd z odchyleniem standardowym 8mmHg)”

pkt.3 „Kalibracja Dokładność przetwornika ciśnienia należy sprawdzać co dwa lata

albowiem nie dotyczą wprost parametru technicznego.

Mając na uwadze w oparciu o pkt 12 ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz w związku z Rozdziałem 3 pkt 3.4 ppkt 15 „Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” dokonuje zmiany ZAPYTANIA OFERTOWEGO w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w zakresie Terminu związania ofertą (pkt 10) z dnia 25 listopada 2023r. na dzień 1 grudnia 2023r. - w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert z dnia 27 października 2023r na dzień 3 listopada 2023r.

Zamawiający w załączeniu przedstawia Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Opisu Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.